

サイドホールカテーテル

RIKISHI[®] H3K2

新たな発想で開発された「リキシ」登場

SFA順行性アプローチ用ガイディングシステム




株式会社カテラ
東京都台東区浅草4-38-1


サイドホールカテーテル リキシ RIKISHI® H3K2



サイドホールカテーテル仕様書



リキシご使用時の当社推奨品「ステップフォワードシース 4Fr」



商品名：サイドホールカテーテル リキシ H3K2

型番：RI-6030SH

内径：6Fr (2.25mm/0.089in)

外径：8Fr (2.67mm)

側孔径：2.0×10mm

先端孔径：0.037in

薬事販売名：TASCカテーテル

医療材料分類：ガイディングカテーテル
腹部四肢末梢用

認証番号：229AIBZX00019000

クラス分類：クラスⅡ

製販企業：アルゴキュアシステム

商品名：ステップフォワードシース

型番：PI40Z40TPMK

内径：4Fr (1.51mm)

外径：5.7Fr (1.91mm)

薬事販売名：ピールオフシース

医療材料分類：血管造影用シースイントロカテーテルセット
選択的導入用

認証番号：20200BZZ01461000

クラス分類：クラスⅣ

製販企業：東郷メディキット

薬事・価格情報

販売名	TASCカテーテル
商品名	サイドホールカテーテル6Fr リキシH3K2
型番	RI-6030SH
認証番号	229AIBZX00019000
保険区分：	クラスⅡ ガイディングカテーテル腹部四肢末梢用
償還価格	22,000円
定価	26,000円
JANコード	4987589766779
製販企業	アルゴキュアシステム
総販売元	株式会社カテラ

販売名	TASCカテーテル (ダイレータ)
商品名	ダイレータ
型番	RI-6030DL
認証番号	229AIBZX00019000
保険区分：	クラスⅡ ダイレータ
償還価格	2,440円
定価	2,440円
JANコード	4987589766953
製販企業	アルゴキュアシステム
総販売元	株式会社カテラ

販売名	血管造影用シースイントロデューサーセット
商品名	ピールアウェイシース 4Fr
型番	PI40Z40TPMK
認証番号	20200BZZ01461000
保険区分：	クラスⅣ 血管造影用シースイントロデューサーセット 選択的導入用
償還価格	15,900円
定価	15,900円
JANコード	4543527192279
製販企業	東郷メディキット
総販売元	株式会社カテラ




総販売元 株式会社カテラ
東京都台東区浅草4-38-1

SFA CTO に対するEVTアプローチの課題




・ 対側クロスオーバー




- ・ ガイドワイヤーの操作性が悪い
- ・ デバイス挿入の際に十分なバックアップが得られない

アプローチ距離が長い、屈曲部で推進力が分散し、力が病変部に十分に伝わらない。



・ 同側順行性



- ・ 穿刺が比較的難しい
- ・ SFAへのガイドワイヤーの挿入が難しい

病変部よりガイドワイヤーの押す力が撥ね返され、力が分散し貫通力が弱くなる。


SFA治療に求められるアプローチ デバイス

- ・ ガイドワイヤーの操作性が良好
- ・ デバイス挿入の際に十分なバックアップが得られる
- ・ 穿刺が容易
- ・ SFAへのガイドワイヤーの挿入が容易


サイドホールカテーテルによるアプローチ



- ・ガイドワイヤーの操作性が良好
- ・デバイス挿入の際に十分なバックアップが得られる
- ・穿刺が容易
- ・SFAへのガイドワイヤーの挿入が容易



カテーテル先端は、DFAへ挿入される → **挿入が容易**
SFAの病変へのデバイス挿入はサイドホールを通して行われる
→ **SFAへのガイドワイヤーの挿入が容易**
SFAへのデバイス挿入の際に強いバックアップが得られる



カテーテルが反発力を受け止め、側孔部で力の分散が抑えられるため、強いバックアップと貫通力が得られる。